AeroChamber Plus Flow-Vu*

Anti-Static Valved Holding Chamber



KULLANIM AMACI

Bu hücrenin, sağlık uzmanınız tarafından belirtilen şekilde akciğerinize aerosol ilaç aktarmak üzere ölçümlü doz inhaleri ile birlikte kullanılması amaçlanır.

KULLANIM ÖNCESİ

Bu hücre, ambalajından çıkarılır çıkarılmaz doğrudan kullanılabilir. Kullanmadan önce, inhaler ile birlikte gelen bu talimatları mutlaka okuyun. Hücreyi dikkatle inceleyin ve varsa yabancı maddeleri çıkarın. Hasarlı veya eksik parça varsa derhâl değiştirin.

ⓘ Notlar

Islık sesi duyarsanız solumayı YAVAŞLATIN, bu ses çok hızlı soluk aldığınız anlamına gelir.

Biri size yardımcı oluyorsa, izolasyonun sağlam olduğundan emin olmak ve alınan nefes sayısını saymak için inhalere bastırarak ***Flow-Vu**** Solunum Göstergesini kullanabilirler. ***Flow-Vu**** Göstergesi, siz nefes aldıkça ilerler ve sadece doğru izolasyon sağlandıysa hareket eder.

1x Bir kerede bir (1) nefes uygulayın. Tekrarlamadan önce beklemeniz gereken süreyi öğrenmek için inhaler ile birlikte gelen talimatlara bakın.

YENİ HÜCRENİZİN KULLANIMI

İnhalerin hazırlanması için, inhalerle birlikte verilen aşağıdaki talimatları takip edin.



1 İnhalerin ve Ağızlık hücresinin kapaklarını çıkarın. Ürünle gelen talimatlar doğrultusunda, inhaleri kullanmadan hemen önce çalkalayın.

2 İnhaleri hücrenin arka bölümüne takın. Ağız ünitesini ağzınıza yerleştirip, etkin bir izolasyon sağlamak için, dudaklarınızı, çevresinde kapatın.

3 Nefes verin ardından yavaş solunum başlangıcında bir kez inhalere basın. Tam bir nefes alana kadar, hücreden yavaş ve derin bir şekilde soluk alın.Nefes vermeden önce nefesinizi 5-10 saniye tutun. ***VEYA*** Nefes verin ve yavaş solunum başlangıcında bir kez inhalere basın. Dudakları hücre ağızlığının çevresine hava almayacak şekilde yapıştırarak hücreden 2-3 kez nefes alıp verin.

YouTube.com'daki Hasta Kullanımı
Kolay hasta videolarını izleyebilirsiniz.

TEMİZLİK TALİMATLARI

Bu hücre, ambalajından çıkarılır çıkarılmaz doğrudan kullanılabilir ve haftada bir temizlenir.



1 Arka üniteyi (**D**) çıkarın. Ön üniteyi (**B**) çıkarmak için, hücreyi, yukarıda gösterildiği şekilde bükün.

2 Parçaları 15 dakika süre ile ılık temiz su ve yumuşak bir bulaşık deterjanı solüsyonunda bekletin. Hafifçe karıştırın. Parçaları temiz suda durulayın. ***VEYA*** Parçaları bulaşık makinesinin üst rafına yerleştirin. Ürünlerin, sağlam bir şekilde yerleştirilmiş olmasını temin edin. Bulaşık makinesini normal ya da kısa bir programda çalıştırın. Sıcak kurutma yapmayın.

3 Sallayarak fazla suyu alın ve dikey konumda açık havada kurumaya bırakın. Yeniden monte etmeden önce parçaların kuruduğundan emin olun.

4 Tekrar monte etmek için, Ön üniteyi (**B**) hücrenin ucuna yerleştirip yerine emniyetli bir şekilde kilitlenene kadar sıkıca çevirin. Arka ünite üzerinde Hizalama Kısmını (**C**), gösterildiği şekilde ***Flow-Vu**** Soluma Göstergesinin (**A**) ortasına getirin. Arka üniteyi (**D**) yerleştirmek üzere sıkıca bastırın.

ⓘ Notlar

- Kaynatmayın ya da sterilize etmeyin.
- 12 ay kullanımın ardından ürün değiştirilmelidir.
- Bu ürün lateks ihtiva etmez.
- Bu tıbbi cihazı paylaşmayın.
- Hücrede herhangi bir ilaç birikmesi fark ederseniz, hücrenin iç kısmını yumuşak bir bezle hafifçe yıkayın.
- Bulaşık makinesinde aşırı kirli bulaşıklarla beraber yıkanması tavsiye edilmez.
- Bir bulaşık makinesinde yıkıyorsanız, bir durulama destek malzemesi kullanın.

⚠ Önlemler

- Hücreyi yanlarında kimse yokken çocuklarla bırakmayın. Bu bir oyuncak değildir.
- Ürün kaynatılır, sterilize edilir ya da 70°C'nin üzerindeki bir sıcaklıkta bulaşık makinesinde yıkanırsa kalıcı biçimde hasar görebilir.

108473-001 Rev A-MP–TR. * trade marks and registered trade marks of Trudell Medical International. © TMI 2018. All rights reserved.